



OFÍCIO Nº: 210/2021

PARA: VEREADOR FÁBIO DO AGEM E DEMAIS VEREADORES

ASSUNTO: RESPOSTA INDICAÇÃO Nº093/2021


Prezado Senhores

Cumprimentando-os cordialmente, venho responder a indicação de nº 093/2021, que fala sobre aquisição de aparelho “ARCO CIRURGICO”, para o Hospital Municipal Euclides Horst.

Evidencio que, o processo de aquisição deste equipamento já se encontra em processo de obtenção desde o dia 21/05/2021, conforme solicitação de compra nº 1063/2021, junto com demais equipamentos hospitalares para melhoramento das ações de média e alta complexidade que são executadas em nosso município.

Sem mais para o momento.

Campo Novo do Parecis/MT, 01 de julho de 2021.


DALMO HENRIQUE THOMAZZI
Secretário Municipal de Saúde
Portaria 029/2021

Câmara Municipal Campo Novo do Parecis

00316/2021
Data: 01/07/2021 Hora: 15:21
Espécie: \$IDENTIFICACAO\$
Autoria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Assunto: Resposta a indicação nº 093/2021.



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

CNPJ: 24.772.287/0001-36

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO

SOLICITAÇÃO 00001063/2021

Requerente: DALMO HENRIQUE THOMAZZI

Solicitada em: 21/05/2021

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo Registro de Preço

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Setor: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Finalidade: LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL.

Justificativa: LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL.

Cód. TCE	Seq.	Item	Descrição	Unidade		Quantidade		Valor	Subtotal
				Fornecimento	Tipo	Unidade	Solicitada		
103148-1	18	2207	ESCADA DE 02 DEGRAUS - EM TUBOS DE AÇO ESMALTADA EM BRANCO, PISO DE MADEIRA, REVESTIDA EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, PÉS E PONTEIRAS DE BORRACHA.	UNIDADE	PRODUTO	UN - UNIDAD	10,0000	0,0100	0,10
Detalhamento: ESCADA DE 02 DEGRAUS - EM TUBOS DE AÇO ESMALTADA EM BRANCO, PISO DE MADEIRA, REVESTIDA EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, PÉS E PONTEIRAS DE BORRACHA.									
	16	28646	AUTOCLAVE 54 LITROS COM ALARMES E AVISOS DE MANUTENÇÃO. CONEXÃO USB E 5 CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO. IDEAL PARA HOSPITAL, CLINICA MÉDICA, VETERINÁRIA E LABORATORIAL.	UNIDADE	PRODUTO	UN - UNIDAD	2,0000	0,0100	0,02
Detalhamento: AUTOCLAVE 54 LITROS COM ALARMES E AVISOS DE MANUTENÇÃO. CONEXÃO USB E 5 CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO. IDEAL PARA HOSPITAL, CLINICA MÉDICA, VETERINÁRIA E LABORATORIAL.									
256891-8	11	34311	MOCHO ODONTOLÓGICO: IMPULSIONADO A GÁS COM 5 RODÍZIOS DUPLOS, LARGURA DO ASSENTO 410MM E COMPRIMENTO 480MM, ENCOSTO COM REGULAGEM LONGITUDINAL, INCLINAÇÃO DO ASSENTO PARA FRENTE DE 10° E PARA TRÁS DE	UNIDADE	PERMANENTE	UN - UNIDAD	10,0000	0,0100	0,10
Detalhamento: MOCHO ODONTOLÓGICO: IMPULSIONADO A GÁS COM 5 RODÍZIOS DUPLOS, LARGURA DO ASSENTO 410MM E COMPRIMENTO 480MM, ENCOSTO COM REGULAGEM LONGITUDINAL, INCLINAÇÃO DO ASSENTO PARA FRENTE DE 10° E PARA TRÁS DE 8°, ENCOSTO E ASSENTO CONFECCIONADOS EM PVC SEM COSTURAS. GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES									
305556-6	10	35175	CADEIRINHA AUTOMOTIVA BEBE CONFORTO	UNIDADE	PERMANENTE	UN - UNIDAD	3,0000	0,0100	0,03
Detalhamento: CADEIRINHA AUTOMOTIVA BEBE CONFORTO									
181149-5	2	36987	ARMARIO VITRINE AÇO/FERRO PINTADO/01 PORTA/LATERAIS DE VIDRO 1,50X0,70	UNIDADE	PERMANENTE	UN - UNIDAD	5,0000	0,0100	0,05
Detalhamento: ARMARIO VITRINE AÇO/FERRO PINTADO/01 PORTA/LATERAIS DE VIDRO 1,50X0,70									
179705-0	9	37101	SUPORTE DE SORO AÇO INOXIDÁVEL/PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL	UNIDADE	PERMANENTE	UN - UNIDAD	5,0000	0,0100	0,05
Detalhamento: SUPORTE DE SORO AÇO INOXIDÁVEL/PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL									
417422-4	5	38272	-COMPRESSOR ODONTOLÓGICO:	UNIDADE	PRODUTO	UN - UNIDAD	3,0000	0,0100	0,03
Detalhamento: -COMPRESSOR ODONTOLÓGICO: COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO E RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DO TANQUE DE 65 LITROS; POSSUI CABEÇOTE DUPLO COM 2 MOTORES E 2 PISTÕES CADA COM 1,12 HP / 1660W (127V) E 1,14HP / 2200W (220V); PROTETOR TÉRMICO CONTRA SOBREAQUECIMENTO; FILTRO DE SAÍDA DE AR; PINTURA INTERNA DO RESERVATÓRIO ANTIOXIDANTE; FLUXO DE AR: 424 LITROS/MIN									

Incluído Por: WILIAN RICARDO PICCIRILLI



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

CNPJ: 24.772.287/0001-36

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO

SOLICITAÇÃO 00001063/2021

Cód. TCE	Seq.	Item	Descrição	Unidade		Quantidade		Valor	Subtotal
				Fornecimento	Tipo	Unidade	Solicitada		
174709-6	3	39121	MESA DE MAYO - EM AÇO INOXIDÁVEL, SOBRE RODÍZIOS.	UNIDADE	PRODUTO	UN - UNIDADE	3,0000	0,0100	0,03
Detalhamento: MESA DE MAYO - EM AÇO INOXIDÁVEL, SOBRE RODÍZIOS.									
387735-3	4	39375	AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO TIPO CAPSULAR, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL. VARIAÇÃO DO TEMPO DE PREPARO DE 0 A 60, FREQUÊNCIA A PARTIR DE 4000 OSCILAÇÕES POR MINUTO. ALIMENTAÇÃO: 127/220 V (COM CHAVE REVERSORA	UNIDADE	PRODUTO	UN - UNIDADE	5,0000	0,0100	0,05
Detalhamento: AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO TIPO CAPSULAR, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL. VARIAÇÃO DO TEMPO DE PREPARO DE 0 A 60, FREQUÊNCIA A PARTIR DE 4000 OSCILAÇÕES POR MINUTO. ALIMENTAÇÃO: 127/220 V (COM CHAVE REVERSORA OU BIVOLT AUTOMÁTICO). GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES									
374695-0	7	40774	KIT CONTENDO ALTA E BAIXA ROTAÇÃO: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO: LEVE, SILENCIOSA, COM SPRAY TRIPLO DE IRRIGAÇÃO. ROTAÇÃO MÍNIMA DE 400.000 RPM, SEM USO DE SACA BROCAS. ROLAMENTO CERÂMICO COM ESTRUTURA DE LATÃO, AUTOCLAVÁVEL. MICRO MOTOR	UNIDADE	PERMANENTE	UN - UNIDADE	5,0000	0,0100	0,05
Detalhamento: KIT CONTENDO ALTA E BAIXA ROTAÇÃO: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO: LEVE, SILENCIOSA, COM SPRAY TRIPLO DE IRRIGAÇÃO. ROTAÇÃO MÍNIMA DE 400.000 RPM, SEM USO DE SACA BROCAS. ROLAMENTO CERÂMICO COM ESTRUTURA DE LATÃO, AUTOCLAVÁVEL. MICRO MOTOR: COM SISTEMA INTRA DE ENCAIXE - (ISO 3964), COM REVERSO NO SENTIDO DA ROTAÇÃO, SPRAY ÚNICO EXTERNO, CORPO DE ALUMÍNIO E AUTOCLAVÁVEL. CONTRA ÂNGULO: COM SPRAY ÚNICO EXTERNO E TRAVA DE BROCAS, COM ENCAIXE INTRA, QUE PERMITA GIRO DE 360 GRAUS. (GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DA EMISSÃO DA NF). QUE ATENDA A NORMA ISO 3964.									
171821-5	8	40775	PEÇA RETA ADAPTÁVEL AO MICRO-MOTOR, COM SISTEMA INTRA DE ENCAIXE, GIRO DE 360 GRAUS, SPRAY EXTERNO E AUTOCLAVÁVEL. DEVE SER DA MESMA MARCA DO CONTRA ÂNGULO. (ISO3964)	UNIDADE	PERMANENTE	UN - UNIDADE	5,0000	0,0100	0,05
Detalhamento: PEÇA RETA ADAPTÁVEL AO MICRO-MOTOR, COM SISTEMA INTRA DE ENCAIXE, GIRO DE 360 GRAUS, SPRAY EXTERNO E AUTOCLAVÁVEL. DEVE SER DA MESMA MARCA DO CONTRA ÂNGULO. (ISO3964)									
76163-0	17	42942	DOPLER FETAL PORTÁTIL E DIGITAL: DE ALTA PERFORMANCE, DE FÁCIL MANUSEIO, COM TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE, ALTO FALANTE DE ALTA PERFORMANCE, ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO, GRAVADOR DE SOM OU COMPUTADOR, COMPARTIMENTO PARA TRANSDUTOR, BOTAO LIGA/ D	UNIDADE	PERMANENTE	UN - UNIDADE	10,0000	0,0100	0,10
Detalhamento: DOPLER FETAL PORTÁTIL E DIGITAL: DE ALTA PERFORMANCE, DE FÁCIL MANUSEIO, COM TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE, ALTO FALANTE DE ALTA PERFORMANCE, ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO, GRAVADOR DE SOM OU COMPUTADOR, COMPARTIMENTO PARA TRANSDUTOR, BOTAO LIGA/ DESLIGA E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, CONTROLE DE VOLUME, TELA DE LCD COLORIDA PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA E DA ONDA DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL, ALARMES VISUAIS/ SONOROS AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL E CARREGADOR INTEGRADO AO EQUIPAMENTO (BIVOLT), SENSIBILIDADE DE AUSCULTA A PARTIR DE 10-12 SEMANAS, NO MÁXIMO.									
00025914	15	42944	MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA	UNIDADE	PERMANENTE	UN - UNIDADE	1,0000	0,0100	0,01

Incluído Por: WILIAN RICARDO PICCIRILLI



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

CNPJ: 24.772.287/0001-36

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO

SOLICITAÇÃO 00001063/2021

Cód. TCE	Seq.	Item	Descrição	Unidade		Quantidade		Valor	Subtotal
				Fornecimento	Tipo	Unidade	Solicitada		
			- MESA PARA EXAME GINECOLÓGICO ELÉTRICA, CONSTITUÍDA POR BASE, LEITO, GAVETA DE ESCOAMENTO E PAR DE PORTA COXA: ACIONAMENTO ELÉTRICO: SUBIDA, DESCIDA, ENCOSTO E PERNEIRA - COMANDO: PEDAL - ACESSÓRIO(S) : CUBA COLETORA, APO						
Detalhamento: MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA - MESA PARA EXAME GINECOLÓGICO ELÉTRICA, CONSTITUÍDA POR BASE, LEITO, GAVETA DE ESCOAMENTO E PAR DE PORTA COXA: ACIONAMENTO ELÉTRICO: SUBIDA, DESCIDA, ENCOSTO E PERNEIRA COMANDO: PEDAL - ACESSÓRIO(S) : CUBA COLETORA, APOIO DE PERNAS E CALCANHEIRAS REGULÁVEIS - CAPACIDADE: ATÉ 250 KG ELÉTRICA									
180040-0	6	42952	ESTADIÔMETRO FIXO DE PAREDE- FAIXA DE MEDIÇÃO: DE 0 ATÉ 220 CM RESOLUÇÃO: EM MILÍMETROS GRADUAÇÃO: 1 MM TOLERÂNCIA: + / - 5MM EM 220 CM. MATÉRIA PRIMA: PLÁSTICO ABS INJETADO, FITA DE MEDIÇÃO METÁLICA ACOMPANHA PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE	UNIDADE	PERMANENTE	UN - UNIDAD	5,0000	0,0100	0,05
Detalhamento: Estadiômetro fixo de parede - Faixa de medição: de 0 até 220 cm Resolução: em milímetros Graduação: 1 mm Tolerância: + / - 5mm em 220 cm. Matéria Prima: Plástico ABS injetado, fita de medição metálica Acompanha parafusos para fixação na parede.									
299536-0	21	43542	PERFURADOR ÓSSEO CIRÚRGICO EQUIPAMENTO PARA CORTAR, PERFURAR, DILATAR, ALISAR E FRESAR O OSSO E OUTROS TECIDOS RELACIONADOS, SENDO CAPAZ DE ATENDER PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ORTOPÉDICOS E TRAUMATOLÓGICOS ROBUSTOS, ALÉM DE OUTRAS ESPECIALIDADES SOBRE B	UNIDADE	PERMANENTE	UN - UNIDAD	2,0000	0,0100	0,02
Detalhamento: PERFURADOR ÓSSEO CIRÚRGICO EQUIPAMENTO PARA CORTAR, PERFURAR, DILATAR, ALISAR E FRESAR O OSSO E OUTROS TECIDOS RELACIONADOS, SENDO CAPAZ DE ATENDER PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ORTOPÉDICOS E TRAUMATOLÓGICOS ROBUSTOS, ALÉM DE OUTRAS ESPECIALIDADES SOBRE BASE ÓSSEA; DEVE POSSUIR FORMATO TIPO PISTOLA, COM FUNCIONAMENTO A BATERIA ACOPLADA NO PUNHO DA PEÇA DE MÃO; DEVE POSSUIR ENGATE RÁPIDO PARA INCLUSÃO E REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS SEM USO DE CHAVE; DEVE POSSUIR PESO MÁXIMO APROXIMADO DO CONJUNTO BATERIA-PERFURADOR DE ATÉ 1,5 KG; DEVE POSSUIR ACIONAMENTO POR GATILHO DUPLO COM CONTROLE DE VELOCIDADE SENSÍVEL AO TOQUE DO CIRURGIÃO, FUNÇÕES DE PERFURAÇÃO DE ALTA ROTAÇÃO E FRESAGEM; DEVE PERMITIR ROTAÇÃO NO SENTIDO HORÁRIO, ANTI-HORÁRIO E OSCILANTE; DEVE SER ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE A 134°C E POSSUIR CANULAÇÃO DE 4,0MM PARA PASSAGEM DE FIOS E PINOS GUIAS; DEVE POSSUIR VELOCIDADE DE ROTAÇÃO MÍNIMA DE 1.000 RPM EM MODO PERFURAÇÃO; DEVE POSSUIR SISTEMA DE SEGURANÇA COM TRAVAMENTO SELETIVO DE UM DOS GATILHOS; ACESSÓRIOS: 01 CAIXA DE PARA TRANSPORTE E ESTERILIZAÇÃO, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, QUE PERMITA O ARMAZENAMENTO DO MOTOR E SEUS ACESSÓRIOS EM UMA ÚNICA CAIXA, PODENDO SER EMPILHADA CASO NECESSÁRIO; 01 BATERIA NÃO-AUTOCLAVÁVEL, RECARREGÁVEL E SEM EFEITO MEMÓRIA; DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO E SUAS ESPECIFICAÇÕES SUPRACITADAS. COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DO MATO GROSSO.									
383019-5	23	45181	APARELHO DE RAIOS X PORTÁTIL - UNIDADE MÓVEL DE RAIOS-X; COM GERADOR DE RAIOS-X DE ALTA FREQUÊNCIA COM CONTROLE MICROPROCESSADO; DETECTOR PORTÁTIL WIRELLES;	UNIDADE	PERMANENTE	UN - UNIDAD	1,0000	0,0100	0,01

Incluído Por: WILIAN RICARDO PICCIRILLI



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

CNPJ: 24.772.287/0001-36

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO

SOLICITAÇÃO 00001063/2021

Cód. TCE	Seq.	Item	Descrição	Unidade		Quantidade			Subtotal
				Fornecimento	Tipo	Unidade	Solicitada	Valor	
			IMPRESSÃO DIGITAL; PROGRAMA ANATÔMICO DE ÓRGÃOS POR REGIÃO; DETECÇÃO DE FALHAS COM INDICAÇÃO NO						
Detalhamento: APARELHO DE RAIOS X PORTATIL – UNIDADE MÓVEL DE RAIOS-X; COM GERADOR DE RAIOS-X DE ALTA FREQUÊNCIA COM CONTROLE MICROPROCESSADO; DETECTOR PORTÁTIL WIRELESS; IMPRESSÃO DIGITAL; PROGRAMA ANATÔMICO DE ÓRGÃOS POR REGIÃO; DETECÇÃO DE FALHAS COM INDICAÇÃO NO PAINEL DE CONTROLE; ALTA QUALIDADE DE IMAGEM COM REDUÇÃO DE INTERFERÊNCIA, PROCESSADOR DE IMAGEM MULTI RESOLUÇÃO; CAPACIDADE MÍNIMA DE ARMAZENAMENTO DE 4.000 IMAGENS. POTÊNCIA DO GERADOR MÍNIMA DE 20 KW; GERADOR COM EXPOSIÇÃO POR DESCARGA CAPACITIVA; DEVE POSSIBILITAR CONEXÃO A TOMADA SIMPLES DE PAREDE DE TRÊS PINOS; CABO DE ALIMENTAÇÃO DE COMPRIMENTO MÍNIMO DE 5 M; PAINEL DE CONTROLE COM: AJUSTES DE KV PARA VARIAÇÕES DE 1 ATÉ 125 KV; TEMPO MÍNIMO DE EXPOSIÇÃO DE 0.001 - 4 MILISSEGUNDOS; FAIXA DE MAS DE 0,1 A 320 MAS NO MÍNIMO; SELEÇÃO EM 20 PASSOS OU MAIS PARA MAS; ESTABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE TENSÃO DE REDE; INDICAÇÃO DIGITAL DE, NO MÍNIMO, KV E MAS; AJUSTE DOS PARÂMETROS RADIOLÓGICOS EM PAINEL COM TECLADO PROTEGIDO CONTRA LÍQUIDOS; CHAVE LIGA E DESLIGA; PROTEÇÃO TÉRMICA DO TUBO DE RAIOS-X INTERLIGADA AO SISTEMA DE DISPARO, INCLUINDO FILAMENTO E ANODO GIRATÓRIO; ESTATIVA GIRATÓRIA COM BRAÇO ARTICULADO OU TELESCÓPICO, INTEGRADA AO CONJUNTO SOBRE RODÍZIOS; TUBO DE RAIOS X DE ANODO GIRATÓRIO PARA 125KV, COM FOCO FINO MENOR OU IGUAL A 0,8MM; CAPACIDADE TÉRMICA MÍNIMA DO ANODO DE 140 KHU, ROTAÇÃO ANODO MÍNIMA DE 2800 RPM; COLIMADOR MANUAL LUMINOSO DE LÂMINAS PLANAS PARA CORTE EM PROFUNDIDADE, COM CIRCUITO TEMPORIZADOR PARA LÂMPADA. ALIMENTAÇÃO: BIFÁSICO-MONOFÁSICA 110/220V – 60HZ. BATERIAS DISTINTAS PARA O GERADOR E PARA O TRANSPORTE. ACESSÓRIOS: GAVETA PORTA CHASSIS; DEVE ACOMPANHAR TODAS AS CONEXÕES E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. CERTIFICADOS: CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E/OU ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EMITIDO PELA ANVISA; CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS BRASILEIRAS DE SEGURANÇA ELÉTRICA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO: MARCA DO FABRICANTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE									
00026849	14	45288	ANALISADOR BIOQUÍMICO AUTOMATIZADO NOVO COM PIPETAGEM MULTIPARAMÉTRICA (PIPETAR O PACIENTE POR PERFIL) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 60 TESTES POR HORA. POSSIBILIDADE DE ACOPLAMENTO DE MÓDULO ISE PARA SÓDIO, POTÁSSIO E CLORO. POSSUIR MÍNIMO DE 26 POSIÇÕES	UNIDADE	PERMANENTE	UN - UNIDADE	1,0000	0,0100	0,01
Detalhamento: ANALISADOR BIOQUÍMICO AUTOMATIZADO NOVO COM PIPETAGEM MULTIPARAMÉTRICA (PIPETAR O PACIENTE POR PERFIL) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 60 TESTES POR HORA. POSSIBILIDADE DE ACOPLAMENTO DE MÓDULO ISE PARA SÓDIO, POTÁSSIO E CLORO. POSSUIR MÍNIMO DE 26 POSIÇÕES DE REAGENTES NO ROTOR REFRIGERADO. ROTOR PARA MÍNIMO DE 55 CUBETAS DE REAÇÃO. REALIZAR LEITURAS ATRAVÉS DE NO MÍNIMO 11 COMPRIMENTOS DE ONDAS, SER DE ACESSO RANDÔMICO PARA AMOSTRAS DE URGÊNCIA. USO DE AMOSTRAS TIPO SORO, PLASMA, URINA E SANGUE TOTAL EM TUBOS PRIMÁRIOS (ACEITAR TUBOS DE 12 A 16 MM), CUBETAS E MICROCUBETAS. REALIZAR HEMÓLISE AUTOMÁTICA PELO EQUIPAMENTO PARA O EXAME DE HEMOGLOBINA GLICADA (HbA1c). CUBETAS DE REAÇÕES DESCARTÁVEIS OU LAVÁVEIS AUTOMATICAMENTE PELO EQUIPAMENTO. LAVAGEM DE AGULHA DE PIPETAGEM ENTRE AS ETAPAS PARA EVITAR CONTAMINAÇÃO. SENSOR DE FUNDO DE TUBO PARA DETECÇÃO DE NÍVEL. IDENTIFICAÇÃO ATRAVÉS DE SCANNER A LASER, COM POSICIONAMENTO AUTOMÁTICO NA BANDEJA, REALIZADO PELO EQUIPAMENTO, DOS FRASCOS DE REAGENTE DEDICADOS, ORIGINAIS POR FABRICANTE, POR LEITURA BIDIMENSIONAL DO CÓDIGO DE BARRAS DOS MESMOS. POSSIBILIDADE DE REALIZAR CALIBRAÇÃO POR LOTE REAGENTES. POSSUIR SOFTWARE, PARA CADA EXAME, CONTADOR REGRESSIVO DA QUANTIDADE DE TESTE POSSÍVEIS À REALIZAR POR FRASCO(S) DE REAGENTE(S). CONTROLE DE QUALIDADE COM GRÁFICO DE LEVEY-JENNINGS. POSSUIR IMPRESSORA TÉRMICA INTERNA. POSSIBILIDADE DE INTERFACIAMENTO. VOLTAGEM 100 – 240 VOLTS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ACOMPANHADO DE NOBREAK SENOIDAL COMPATÍVEL.									
374763-8	24	46872	ARCO CIRURGICO - EM "C" MÓVEL, COM INTENSIFICADOR DE IMAGEM DE 9 POLEGADAS, DEVE PERMITIR FAZER FLUORSCOPIA E RADIOGRAFIA, PARA APLICAÇÕES EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS GERAIS INCLUINDO: ORTOPEDIA, TRAUMA, UROLOGIA, GINECOLOGIA E NEUROLOGIA (COLUNA), E	UNIDADE	PERMANENTE	UN - UNIDADE	1,0000	0,0100	0,01

Detalhamento: ARCO CIRURGICO - EM "C" MÓVEL, COM INTENSIFICADOR DE IMAGEM DE 9 POLEGADAS, DEVE PERMITIR FAZER FLUOROSCOPIA E RADIOGRAFIA, PARA APLICAÇÕES EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS GERAIS INCLUINDO: ORTOPEDIA, TRAUMA, URLOGIA, GINECOLOGIA E NEUROLOGIA (COLUNA), ENDOSCOPIA, E IMPLANTE DE MARCA-PASSO.,FLUOROSCOPIA NORMAL COM OS SEGUINTE VALORES MÍNIMOS:40 A 110 KV E 0.2 A 3 MA. FLUOROSCOPIA DE ALTA RESOLUÇÃO COM OS SEGUINTE VALORES MÍNIMOS: 40 A 110 KV E 0.2 A 5 MA. FLUOROSCOPIA PULSADA COM OS SEGUINTE VALORES MÍNIMOS. 40 A 110 KV. 0.2 A 8 MA. DE NO MÍNIMO 7 A 40 PULSOS POR SEGUNDO 40 A 110 KV. MODO FLUOROSCOPIA DE UM PULSO (RADIOGRAFIA DIGITAL). 40 A 110 KV E 8 MA.,ROTAÇÃO ORBITAL DO ARCO: IGUAL OU MAIOR QUE 120°. CURSO HORIZONTAL: IGUAL OU MAIOR QUE 200MM. CURSO VERTICAL (MOTORIZADO): IGUAL OU MAIOR QUE 400MM. BASCULAMENTO LATERAL MÍNIMO DE: 10°. ROTAÇÃO DO PICO DO ARCO, IGUAL OU MAIOR QUE +225°/-225°,UNIDADE DE CONTROLE, TRANSFORMADOR DE ALTA TENSÃO, INTENSIFICADOR DE IMAGEM, SISTEMA DE VÍDEO, POSICIONADOR MECÂNICO COM RODAS EM UM ÚNICO GABINETE. SUPORTE PARA DOIS MONITORES, MEMÓRIA DIGITAL E GAVETA PARA RECEBER DISPOSITIVOS DE IMAGENS OPCIONAIS. DOIS MONITORES DE NO MÍNIMO 19 POLEGADAS LCD DE ALTA RESOLUÇÃO,CAPACIDADE TÉRMICA DO TUBO MÍNIMA: 45.000HU. CAPACIDADE DE DISSIPACÃO TÉRMICA MÍNIMA: 55.000HU/MIN. NO MODO FLUOROSCÓPICO O KV E O MA DEVERÃO SER AUTOMATICAMENTE SELECIONADOS PELO CONTROLE AUTOMÁTICO DE BRILHO.,GERADOR, DE RX DE ALTA TENSÃO COM POTÊNCIA IGUAL OU MAIOR QUE 2,5 KW, INTENSIFICADOR DE IMAGEM DE 9 POLEGADAS, COM CAMPOS INTERMEDIÁRIOS DE 6" E 4,5", TUBO DE RAIOS-X COM ANODO ESTACIONÁRIO OU ROTATÓRIO, PONTO FOCAL IGUAL OU MENOR QUE 0,6 MM PARA FLUOROSCOPIA, PONTO FOCAL IGUAL OU MENOR QUE 1,5 MM PARA MODO RADIOGRÁFICO COM FILME, QUE POSSIBILITE ALTA RESOLUÇÃO,COM 02 MONITORES, MEMÓRIA DIGITAL DE NO MÍNIMO DE 150.000 IMAGENS. (02) MONITORES DE 19" LCD OU MAIOR. 1280X1024. BRILHO 700 CD/M2. CONTRASTE 550:1.,SISTEMA DE COMANDO MANUAL E PEDAL PARA GRAFIA E ESCOPIA, GRAVAÇÃO DIGITAL COM AS SEGUINTE FUNÇÕES: CONGELA E MANTÉM A ÚLTIMA IMAGEM ADQUIRIDA NO MONITOR QUANDO OS RAIOS-X SÃO DESLIGADOS. INVERSÃO DE IMAGEM: DIREITA/ESQUERDA CIMA/BAIXO. REDUÇÃO DE RUÍDO QUE INTEGRA IMAGENS DE VÍDEO PARA MELHORAR A RELAÇÃO SINAL/RUÍDO. ROTAÇÃO DIGITAL DA IMAGEM 360° SEM EXPOSIÇÃO DE RADIAÇÃO.,CAPACIDADE DE ARMAZENAR SEQUENCIAS DE IMAGENS. ARMAZENAMENTO DE CINE A 1, 2, 4, 8 OU 25 QUADROS POR SEGUNDO.,MODO RAIOS X 40 A 110 KV E 20 MA. TIMER ELETRÔNICO DE 0.1 A 4.0 SEGUNDOS. DISTÂNCIA FOCO/IMAGEM MÍNIMA DE 98CM. PROFUNDIDADE DO ARCO C: IGUAL OU MAIOR QUE 66CM.,CÂMERA DE IMAGENS DE ESTADO SÓLIDO, TIPO CCD. MATRIZ 1024X1024, COM ALTA RELAÇÃO SINAL/RUÍDO, DEVE POSSIBILITAR OBTENÇÃO DE IMAGENS COM ALTA QUALIDADE DE DEFINIÇÃO E RESOLUÇÃO. MATRIZ MÍNIMA DE AQUISIÇÃO E DISPLAY DE 1024 X 1024 X 12 BITS.,COLIMADO E FORMATO DE IRIS E LAMINAS DUPLAS PARALELAS ASSIMÉTRICAS QUE PERMITA MOVIMENTAÇÃO INDEPENDENTE COM VISUALIZAÇÃO DA POSIÇÃO DOS COLIMADORES SEM EXPOSIÇÃO DE RAIOS X.,DEVE CONTER: MANUAL DE OPERAÇÕES EM PORTUGUÊS, CASSETE HOLDER PARA FILME 24CM X 30CM, JOGO DE CAPAS ESTERILIZÁVEIS, INTERFACE DICOM. ASSISTENCIA TECNICA EM MATO GROSSO

170442-7	1	46875	CADEIRA E MOCHO ODONTOLOGICO : COM ESTOFAMENTO EM PVC, LAVÁVEL,COMANDO DE TODOS OS MOVIMENTOS NO PÉ INCORPORADOS A BASE DA CADEIRA. APRESENTE BASE PROJETADA PARA COLOCAÇÃO EMBUTIDA DOS PONTOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICO E PNEUMÁTICOS, SEM CAIXA DE DISTRI	UNIDADE	PERMANENTE	UN - UNIDAD	5,0000	0,0100	0,05
----------	---	-------	--	---------	------------	-------------	--------	--------	------

Detalhamento: CADEIRA E MOCHO ODONTOLOGICO: COM ESTOFAMENTO EM PVC, LAVÁVEL,COMANDO DE TODOS OS MOVIMENTOS NO PÉ , INCORPORADOS A BASE DA CADEIRA. APRESENTE BASE PROJETADA PARA COLOCAÇÃO EMBUTIDA DOS PONTOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICO E PNEUMÁTICOS, SEM CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO NA LATERAL, BASE ESTÁVEL, COM OPÇÃO DE FIXAÇÃO NO PISO. ALTURA MÍNIMA DE ENTRADA DO PACIENTE DE 370MM, SEM BOTONEIRA COM MOVIMENTOS ELÉTRICOS DE SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO/ENCOSTO, VOLTA A ZERO E ACIONAMENTO DO REFLETOR COM 4 INTENSIDADES DE LUZ, COM PROGRAMA PARA MEMORIZAÇÃO DE 3 POSIÇÕES DE TRABALHO E POSIÇÃO DE CUSPIR (COM ACIONAMENTO DE ÁGUA DA CUSPIDEIRA, AUTOMATICAMENTE), TODOS ACIONADOS NO COMANDO DE PÉ. ENCOSTO DE CABEÇA BIARTICULADO, SISTEMA FUSO. ARTICULAÇÃO CENTRAL ÚNICA ENTRE ASSENTO E ENCOSTO, BRAÇO DO LADO DIREITO COM ABERTURA PARA ENTRADA DO PACIENTE. COM BASE DE SUSTENTAÇÃO DA CADEIRA REGULÁVEL COM APOIO DE BORRACHA PARA EVITAR OXIDAÇÃO DA ESTRUTURA. COR VERDE (MESMA COR E TIPO DE ESTOFADO DO MOCHO ODONTOLÓGICO). EQUIPO CART:APRESENTE DISPOSITIVO PARA DESINFECÇÃO DE CONDUTOS (MANGUEIRAS, COM RESERVATÓRIO INDEPENDENTE PARA RESERVA DE BACTERICIDA), ACIONADO POR TECLA INDEPENDENTE NO CORPO DO EQUIPO. MANGUEIRAS DE SILICONE LISAS, CONTENDO TERMINAL COM 03 (TRÊS) PONTAS COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO, ATRAVÉS DO BLOCO DE ACIONAMENTO PNEUMÁTICO CONFECIONADO EM METAL, SENDO 01(UMA) SERINGA TRÍPLICE (INCORPORADA), 01(UM) TERMINAL BORDEN (UNIVERSAL) PARA ALTA ROTAÇÃO E 01(UM) PARA BAIXA ROTAÇÃO. APRESENTA CONJUNTO DE SUPORTE DE PONTAS QUE POSSA SER RETIRADO PARA LIMPEZA (REMOVÍVEL). SENSOR DE PROXIMIDADE COM ACIONAMENTO DO FLUXO DE ÁGUA NA CUSPIDEIRA PARA MELHOR ECONOMIA DE ÁGUA. REBATÍVEL (COM ABERTURALATERAL FORMANDO UM ÂNGULO DE 90 GRAUS). APRESENTA BACIA REMOVÍVEL PARA DESINFECÇÃO EM CERÂMICA ESMALTADA, FILTRO DE DETRITOS NA BASE DO SUGADOR, COMPOSTO DE UM (1) SUGADOR TIPO VÁCUO COM POTÊNCIA MAIOR QUE O VENTURI (ACIONADO PELO COMPRESSOR) E UM ALTA POTÊNCIA (ACIONADO PELA BOMBA DE VÁCUO), QUE POSSAM SER RETIRADOS PARA LIMPEZA ATRAVÉS DE SISTEMA TIPO ENGATE RÁPIDO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA TRANSPARENTE INCORPORADO E PROTEGIDO POR CARENAGEM DE POLIESTIRENO. REFLETOR ODONTOLÓGICO LED: UNIFOCAL ACOPLADO A CADEIRA, DOTADO DE CABEÇOTE COM PUXADOR DE 2 PEGADORES E ESPELHO MULTIFACETADO COM PROTETOR, GERANDO LUZ BRANCA E FRIA. QUE POSSA SER ACIONADO NO COMANDO DE PÉ DA CADEIRA COM PROGRAMAÇÃO DE 4 INTENSIDADES DE LUZ. MOCHO SENDO DO MESMO TECIDO DA CADEIRA, COM 5 RODÍZIOS , SISTEMA DE ELEVAÇÃO A GÁS, LARGURA 410 MM, COMPRIMENTO 480MM, ALTURA DO ASSENTO 440/540MM, ALTURA DO ENCOSTO 430/470MM, COM INCLINAÇÃO DO ENCOSTO PARA FRENTE E PARA TRÁS,COM REGULAGEM PELO PRÓPRIO PROFISSIONAL. GARANTIA

298391-5	12	46884	CADEIRA INFANTIL PARA AUTOMÓVEL ATÉ 36 KG	UNIDADE	PERMANENTE	UN - UNIDAD	3,0000	0,0100	0,03
----------	----	-------	---	---------	------------	-------------	--------	--------	------

Detalhamento: CADEIRA INFANTIL PARA AUTOMÓVEL ATÉ 36 KG

225000-4	13	46886	BISTURI ELETRICO 300 W TIPO UNIDADE MICROPROCESSADA, PERMITA UTILIZAÇÃO EM CIRURGIA GERAL E MICROCIRURGIA, DISPOR DE CIRCUITO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA ELÉTRICA, DISPOR DE	UNIDADE	PERMANENTE	UN - UNIDAD	1,0000	0,0100	0,01
----------	----	-------	---	---------	------------	-------------	--------	--------	------

Incluído Por: WILIAN RICARDO PICCIRILLI

**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.**

CNPJ: 24.772.287/0001-36

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO

SOLICITAÇÃO 00001063/2021

Cód. TCE	Seq.	Item	Descrição	Unidade		Quantidade		Valor	Subtotal
				Fornecimento	Tipo	Unidade	Solicitada		
			MONITORAÇÃO CONTÍNUA DA IMPEDÂNCIA DE CONTATO PLACA/PACIENTE, CAPAZ DE O						
<p>Detalhamento: BISTURI ELETRICO 300 W TIPO UNIDADE MICROPROCESSADA, PERMITA UTILIZAÇÃO EM CIRURGIA GERAL E MICROCIRURGIA, DISPOR DE CIRCUITO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA ELÉTRICA, DISPOR DE MONITORAÇÃO CONTÍNUA DA IMPEDÂNCIA DE CONTATO PLACA/PACIENTE, CAPAZ DE OPERA NOS MODOS DE CORTE, COAGULAÇÃO E MISTO, POSSUIR CIRCUITOS DE CORTE E DE COAGULAÇÃO INDEPENDENTES, TER SAÍDA BIPOLAR, POSSUIR INDICADOR DIGITAL DE POTÊNCIA, DISPOR DE POTÊNCIA DE CORTE ATÉ 300 W, DISPOR DE POTÊNCIA DE COAGULAÇÃO ATÉ 120 W, DISPOR DE CONTROLE DE ATIVAÇÃO MANUAL E POR PEDAL, DISPOR DE CONTROLE DE ATIVAÇÃO MANUAL E POR PEDAL, POSSUIR SINALIZAÇÃO AUDIOVISUAL, MONTADO SOBRE RODÍZIOS DE PELO MENOS 3, 2 CANETAS PORTA-ELETRODO COM CABO, PLACA NEUTRA EM AÇO INOX COM CABO, ELETRODOS TIPO FACAS CURVAS, ELETRODOS TIPO FACAS RETAS, ELETRODOS TIPO AGULHAS, ELETRODOS TIPO BOLA DE TAMANHOS DIFERENTES, PINÇA BIPOLAR, DEMAIS ACESSÓRIOS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO APARELHO.</p>									
224839-5	20	46952	ASPIRADOR CIRURGICO - ASPIRADOR MÓVEL DE SECREÇÃO, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, PINTURA EPÓXI, RESISTENTE A LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA, MONTADO SOBRE 4 RODÍZIOS DE 2" DE DIÂMETRO, BOMBA COM SISTEMA, MOTOR DE EQUIPAD	UNIDADE	PERMANENTE	UN - UNIDADE	2,0000	0,0100	0,02
<p>Detalhamento: ASPIRADOR CIRURGICO - ASPIRADOR MÓVEL DE SECREÇÃO, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, PINTURA EPÓXI, RESISTENTE A LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA, MONTADO SOBRE 4 RODÍZIOS DE 2" DE DIÂMETRO, BOMBA COM SISTEMA, MOTOR DE EQUIPADADO COM MOTOR SILENCIOSO AUTOLUBRIFICADO, COM POTÊNCIA DE 1/4 HP, COM CHAVE LIGA/DESLIGA, FLUXO MÁXIMO DE APROXIMADAMENTE, VÁCUO MÁXIMO DE APROXIMADAMENTE COM CAPACIDADE DE ASPIRAÇÃO DE 0 A 25" POL/HG, VACUOMETRO CALIBRADO COM VACUOMETRO DE FÁCIL LEITURA, REGISTRO PARA AJUSTE DE VÁCUO NA FAIXA COM MANOMETRO E VALVULA DE SEGURANCA, FRASCO COM VALVULA DE SEGURANCA COM 1 FRASCO DE SEGURANCA, FILTRO DE AR COM FILTRO DE DESCARGA DE AR##, COM FRASCO COLETOR GRADUADO, COM CAPACIDADE DE 3 A 5 LITROS, EM VIDRO OU PLÁSTICO AUTOCLAVÁVEL (MÍNIMO DE 121°C)## COM SISTEMA DE SEGURANCA ANTI-TRANSBORDAMENTO, ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS ± 10% - 60 HZ, ACOMPANHA: 02 (DUAS) EXTENSÕES EM PVC TRANSPARENTE RESISTENTE A DESINFECÇÕES POR AGENTES QUÍMICOS, COM 1,50 M DE COMPRIMENTO, TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, COM CANULA DE ASPIRAÇÃO, SENDO 01 RETA E 01 CURVA EM MATERIAL NÃO OXIDANTE, 01 FRASCO COLETOR RESERVA, INCLUI: MANUAIS DE OPERAÇÃO E SERVIÇO COM TODOS OS DIAGRAMAS CONSTRUTIVOS E ESQUEMA ELÉTRICOS, GARANTIA DE 1 ANO EM PEÇAS E SERVIÇOS, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO OPERACIONAL, ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE MATO GROSSO, CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS NBR IEC 60.601.1, CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DA ANVISA OU SIMILAR, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>									
5090-3	19	46953	SERRA DE GESSO ELETRICA - TRABALHANDO A 360 A 400 OSCILACOES POR SEGUNDO, ACESSORIOS: 2 LAMINAS DE ACO INOX (2" E 2,5"), CHAVE P/TROCAR L, ALIMENTAÇÃO: 110/220 V (SELECIONAVEL) A 60 HZ, INCLUI GARANTIA DE 1 ANO, MANUAL DE OPERAÇÃO E SERVIÇO	UNIDADE	PERMANENTE	UN - UNIDADE	2,0000	0,0100	0,02
<p>Detalhamento: SERRA DE GESSO ELETRICA - TRABALHANDO A 360 A 400 OSCILACOES POR SEGUNDO, ACESSORIOS: 2 LAMINAS DE ACO INOX (2" E 2,5"),CHAVE P/TROCAR L, ALIMENTAÇÃO: 110/220 V (SELECIONAVEL) A 60 HZ, INCLUI GARANTIA DE 1 ANO, MANUAL DE OPERAÇÃO E SERVIÇO</p>									
346670-1	22	46954	SISTEMA DE VIDEOLAPAROSCOPIA - COM MONITOR DE VIDEO,LCD MIN. 23 POL. GRAU MEDICO, RES. MIN. 1920X1200,COM MODOS DE VARREDURA HORIZONTAL SELECIONAVEL, SUPORTE PARA VARIOS SINAIS DE ENTRADA E UM CONJ. DE CONTROLE DE	UNIDADE	PERMANENTE	UN - UNIDADE	1,0000	0,0100	0,01

Incluído Por: WILLIAN RICARDO PICCIRILLI



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

CNPJ: 24.772.287/0001-36

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO

SOLICITAÇÃO 00001063/2021

Cód. TCE	Seq.	Item	Descrição	Unidade		Quantidade		Valor	Subtotal
				Fornecimento	Tipo	Unidade	Solicitada		
			FUNCOES DE FACIL UTILIZACAO, NOBREAK						
Detalhamento: SISTEMA DE VIDEOLAPAROSCOPIA - COM MONITOR DE VIDEO, LCD MIN. 23 POL. GRAU MEDICO, RES. MIN. 1920X1200, COM MODOS DE VARREDURA HORIZONTAL SELECIONAVEL, SUPORTE PARA VARIOS SINAIS DE ENTRADA E UM CONJ. DE CONTROLE DE FUNÇÕES DE FACIL UTILIZAÇÃO, NOBREAK DE 03 KVA COM TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220V-60HZ, FONTE DE LUX FRIA DE LED, CABO DE FIBRA OTICA DIAMETRO 4,8MM, COMPRIMENTO DE 2,50M, AUTOCLAVAVEL, DIGITAL ENDOSCOPICA DE 03 CHIPS CCD, COM ALTA RESOLUÇÃO DE 800 LINHA HORIZONTAIS NO MINIMO, COMPOSTA POR CABECA E PROCESSADORA COM NTSC/PALM, SENSIBILIDADE LUMINOSA DE 03 LUX, ZOOM DIGITAL, INSUFLADOR DE CO2, ELETRONICO, MICROPROCESADO COM ALTA PRECISÃO E CAPACIDADE DE INSULFLAÇÃO DE NO MINIMO 0 A 40 LITROS POR MINUTOS, LEITURA DE PRESSAO DE 0 A 50MMHG, PAINEL FRONTAL DE CRISTAL LIQUIDO, ESTANTE MOVEL PARA EQUIPAMENTO DE VIDEOCIRURGIA, INDICADOS PARA MONITORES DE ATE 23 POLEGADAS, ENDOSCOPIO RIGIDO, COM ANGULO DE VISAO IGUAL A 30 GRAUS, DIAMETRO DE 10MM E COMPRIMENTO DE 336MM, FEITO DE ACO INOXIDAVEL, COM SOLDAS A LASER DE ALTA PRECISÃO E RESISTENCIA, LENTES DISTAL E PROXIMAL, ACOMPANHA: CANULA DE INSULFLAÇÃO DE VERRES 100MM, BAINHA JANELA DE 10MM, 11CM COM VALVULA, TORNEIRA E TROCATER PIRAMIDAL 10MM, 11CM, BAINHA JANELA DE 12MM, 12CM, TROCATER PIRAMIDAL 12MM, 12CM, BAINHA JANELA 5MM, 11CM E TROCATER PIRAMIDAL 5MM, 11CM, EXTRATOR DE APENDICE E REDUTOR DIAFRAGMA 10MM/5MM, TUBO ASPIRAÇÃO/IRRIGAÇÃO 5MM, 36CM, E VALVULA PARA TUBO DE ASPIRAÇÃO, ELETRODO GANCHO RETO 5MM, 36CM, CONTRA PORTA AGULHA 5MM, 36CM, TES, METZEMBAUM CURVA 5MM, 36CM, PINÇA DISSECCÃO ATRAUM. 5MM/36CM, PINÇA DISSECCAO MIXTER, PINÇA FENESTRADA, PINÇA APREENSÃO ESP. VESICULA, CANULA DE INSULFLAÇÃO DE VERRES 150MM, BAINHA JANELA 12MM/13CM TROCATER, BAINHA 12MM/17 TROCATER, BAINHA 10MM/11CM TROCATER, BAINHA 10MM/17CM, BAINHA 5MM/11CM, BAINHA 5MM/17CM, TUBO ASPIRADOR 5MM/42CM, ELET. GANCHO RETO 5MM/42CM, TES. MET. 5MM/42CM, PINÇA DISSEC. ATRAUM. 5MM/42CM, PINÇA APREENS. DEBAKEY 5MM/42CM, GARANTIA, MANUAIS, ASSISTENCIA TECNICA, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO									
Quantidade Itens:				24	Quantidade Total:		91,0000	Total:	R\$ 0,91

DALMO HENRIQUE TOMAZZI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Incluído Por: WILIAN RICARDO PICCIRILLI